

城市綜合醫院、城市獨立門診部、縣醫院、鄉村區衛生所

醫療器械裝備定額

中華人民共和國衛生部計劃財務司制

人民衛生出版社出版

1957年

內 容 提 要

此系衛生部所擬城市綜合醫院、城市獨立門診部及縣醫院、鄉村區衛生所三種醫療機構的醫療器械裝備定額之一。除各級衛生醫療機構可據以參考，作為醫療器械設備的準則外，生產供銷部門亦可作為編制生產供銷計劃的參考。各級財政主管部門亦可用以為編審預決算的參考資料。

城市綜合醫院、城市獨立門診部、縣醫院、鄉村區衛生所 醫療器械裝備定額

開本：787×1092/32 印張：11 插頁：1 字數：227千字

中華人民共和國衛生部計劃財務司制

人 民 衛 生 出 版 社 出 版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

• 北京崇文區錢子胡同三十六號 •

人民衛生出版社
長春印刷廠印刷 · 新華書店發行

統一書號：14048·1431

定 價：(9) 1.40 元

1957年9月第1版—第1次印刷

(長春版)印數：1—4,500

前 言

我部初步拟訂了城市綜合医院、城市独立門診部、县医院及乡村区卫生所四种医疗器械装备定額，仅供医院建設和管理工作上的参考。

此項定額資料，虽經多方征求意见，数次修改，内容上仍可能还会存在一些缺点，希望把所发现的問題和意見，随时提供我部，以便再版时参考修正。

中華人民共和國衛生部

1957年9月

目 錄

城市綜合醫院醫療器械裝備定額

1. 总說明.....	1~2	11. 手術室(包括門診手術室).....	71~103
2. 內科.....	3~10	12. 放射綫科.....	109~114
3. 外科.....	11~18	13. 理疗及医疗体育.....	115~122
4. 婦科.....	19~26	14. 檢驗室.....	123~136
5. 產科.....	27~28	15. 急診室.....	137~146
6. 兒科.....	29~34	16. 血庫.....	147~152
7. 眼科.....	35~42	17. 注射室.....	153~156
8. 耳鼻咽喉科.....	43~52	18. 供应室.....	157~162
9. 口腔科(包括口腔科技工室).....	53~64	19. 病理解剖室.....	163~166
10. 皮肤性病科.....	65~70	20. 藥房.....	167~178

城市獨立門診部醫療器械裝備定額

1. 总說明.....	179~180	3. 外科.....	187~196
2. 內科.....	181~186	4. 兒科.....	197~202

5. 婦產科	203~210
6. 眼 科	211~218
7. 耳鼻咽喉科	219~226
8. 牙 科(包括牙科技工室)	227~238
9. 皮膚性病科	239~244
10. 急診室	245~252

11. X 綫室	253~258
12. 理 療 室	259~262
13. 檢 驗 室	263~270
14. 葯 房	271~278
15. 消 毒 室	279~282

縣醫院醫療器械裝備定額

1. 說 明	283~284
2. 手 術 室	285~302
3. 分 娩 室	303~306
4. X 綫室	307~308

5. 理 療 室	309
6. 各科門診与病房	310~319
7. 檢 驗 室	320~324
8. 葯 房	325~330

鄉村區衛生所醫療器械裝備定額

1. 說 明	331~332
2. 診療用具	333~340

3. 檢驗及防疫用具	341~344
4. 調 劑 室	345~348

总 說 明

一、本定額是根据勤俭办医院,充分发挥设备利用率,并保证医疗事业顺利开展的原则而制订的。

二、本定額根据国务院编制工资委员会和我部于 1956 年联合颁发的“医院、门诊部组织编制原则草案”的规定,划分医院分科比例如下表(此表分科比例,目前已有变动,为便于制订,仍以此表作假定数。)以计算医疗器械装备的数量。

适用范围	计算基数	内科	外科	妇科	产科	儿科	结核科	眼科	耳鼻喉科	口腔科	皮肤性病科	分科数
50—80床	50床	50	50									2—3
81—150 "	100 "	40	30	10	10	10						4—6
151—250 "	200 "	40	25	10	10	10		2.5	2.5			6—8
251—350 "	300 "	30	25	10	10	10	8	2.5	2.5		2	8 科以上
351—450 "	400 "	30	25	10	10	10	8	2.5	2.5		2	"
451以上	500 "	30	25	10	10	10	8	2.5	2.5		2	"

注: 各医院根据具体情况, 病床分科数可以少于门诊分科数(中医科床位包括在内科床位数中)。

凡医院的分科床位情况不同于上表时, 则装备数量可按下述办法加以调整:

(1) 以 200 床位的综合医院为例, 按上表比例所列内科应占 80 床位。若某 200 床位医院因内科患者较多, 而须设置 120 张内科床位时, 则其装备不应再按 200 床位的分科比例 80 床位的内科基数去配备器械, 而应参照 400 床位所占内科床位比例(120床)去配备。

(2) 以 300 床位的綜合医院为例，按上表比例所列儿科应占 30 床位。若某 300 床位医院，因儿科患者較少，祇須設置 20 張儿科床位时，則其装备不应再按 300 床位的儿科比例 30 床位的基数去配备器械，而应参照 200 床位所占儿科床位比例(20 床)去配备。

(3) 病床与門診人次的比例为 1:2，其調整装备数量时与上述办法同。

三、在定額中，仅包括医疗器械及护理用品。不包括药品、家具、以及总务上的用品。

四、本定額为新建或扩建 100—400 床位的城市綜合医院应有设备的参考依据。各主管部門及各地医院在应用本定額时，必須根据当前技术干部的配备，技术水平的高低，以及財經力量的可能等因素，参照配备。

五、为了手术器械及材料的專用消毒，在定額中为手术室規定了消毒设备。但如手术室与供应室相距很近时，手术器械可集中于供应室消毒，无須再設置大型消毒设备。

六、各教学医院在参考本定額时，应酌情增加部分教学所需的设备。

七、定額中所列的数量，已包括日常使用数及周轉数，但不包括消耗损坏数，如果器械有消耗损坏时，应根据定額数量，予以补充。

八、关于器械規格，在定額中未明确規定者，可由各單位自行選購。原則上除极个别的设备外，应尽量采用本国产品。

九、本定額可为医疗器械生产供銷部門編制生产供銷計劃，以及各級財政主管部門編审預決算的参考資料。

内 科

內科裝 备 說 明

內科的醫療器械配备，係按下列假定情况製訂：

- (1) 100 床位的綜合医院，內科佔40床，80 人次門診；設二個病区，二個診察室。
- (2) 200 床位的綜合医院，內科佔80床，160 人次門診；設三個病区，三個診察室。
- (3) 300 床位的綜合医院，內科佔90床，180 人次門診；設四個病区，四個診察室。
- (4) 400 床位的綜合医院，內科佔120床，240 人次門診；設五個病区，六個診察室。

機構名稱：城市綜合醫院

使用科室：內科

品名	規 格	單位	裝 備 定 額												備 注
			100床		200床		300床		400床						
			80 人次	40床	160 人次	80床	180 人次	90床	240 人次	120 床					
心 电 描 測 器		具				1		1		1					
新陳代謝測量器		"				1		1		1					
知 覺 器		"	2	2	3	3	4	4	6	5					
人 工 气 胸 器		套	1		1		2		2						
腸 胃 減 壓 器		"		1		1		2		2					
脊髓液压力測定器		"		1		1		2		2					
电 动 吸 痰 器		"		1		1		2		2					
蒸 气 吸 入 器		"		1		2		3		4					
听 診 器		具	3	2	4	3	4	4	5	5					可每个大夫一个
煮 沸 消 毒 器		个		2		3		4		5					
搪 瓷 灌 腸 器		"		2		3		4		5					
开 口 器		"		1		1		1		1					

品名	規 格	单 位	裝 备 定 額										備 注			
			100床		200床		300床		400床							
			80 人次	40床	160 人次	80床	180 人次	90床	240 人次	120 床						
电 炉	1500 瓦	个		2		3		4		5						
体 重 計		"	1	1	1	1	1	2	1	3						
血 压 計	水銀柱式	具	2	2	3	3	4	4	6	5						
肺 活 量 計		"	1		1		1		1							
握 力 計		个	1		2		3		3							
体 溫 計		支	10	44	13	88	15	99	20	132						
"	肛 用	"	2	4	2	6	2	8	2	10						
水 溫 計		"		2		3		4		5						
室 溫 計		"	2	2	3	3	4	4	6	5						
搪 瓷 方 盘		个	2	6	3	9	4	12	6	15						
"	帶 盖	"		2		3		4		5						
膳 盘		"	2	4	3	6	4	8	6	10						
貯 槽		"	1	2	1	3	2	4	2	5						

品名	規 格	單 位	裝 備 定 額								備 注				
			100床		200床		300床		400床			額			
			80 人次	40床	160 人次	80床	180 人次	90床	240 人次	120 床					
浣 注 架		个		4		6		8		10					
三 角 架		"		2		3		4		5					
敷 料 鉗 罐		"		2		3		4		5					
搪瓷帶盖敷料罐	四 磅	"		1		1		2		2					
"	二 磅	"		2		3		4		5					
"	一 磅	"		4		6		8		10					
搪 瓷 水 罐	4000 毫升	"		2		3		4		5					
軟 膏 罐		"		2		4		6		8					
各 号 大 小 口 瓶		"													
体 溫 計 瓶		"													
玻 璃 量 杯	20 毫升	"		2		3		4		5					
"	100 毫升	"		2		3		4		5					
搪 瓷 量 杯	500 毫升	"		2		3		4		5					

自 訂
"

品名	規格	單位	裝 備 定 額								備 注					
			100床		200床		300床		400床							
			80 人次	40床	160 人次	80床	180 人次	90床	240 人次	120 床						
藥 杯		個		60		100		130		150						自 訂 " " "
漏 斗		"		2		3		4		5						
乙 形 玻 管		根														
橡 皮 導 尿 管		"														
肛 管		"														
橡 皮 管		斤														
熱 水 袋		只	1	4	1	8	1	9	2	12						
冰 袋		"		4		6		8		10						
搪 瓷 換 藥 碗		個		4		6		8		10						
酒 精 燈		"		2		3		4		5						
沅 腸 頭		"	1	3	1	6	2	6	2	8						
熏 氣 壺		"		2		3		4		5						
氣 圈		"		4		7		8		10						

品名	規格	單位	裝 備 定 額														備 注
			100床		200床		300床		400床								
			80 人次	40床	160 人次	80床	180 人次	90床	240 人次	120 床							
皮 卷 尺		個	2	2	3	3	4	4	6	5							
普 通 剪		把	1	2	1	3	2	4	2	5							
敷 料 鉗		"		2		3		4		5							
舌 鉗		"		1		1		1		1							
敷 料 鑷	長 短	"	2		4		6		10								
"		"		4		6		8		10							
金 屬 壓 舌 板		塊	12	6	18	9	24	12	36	15					門診可用 木質		
人 工 氣 胸 針	支	10		15		20		25									
打 診 錘	把	2	2	3	3	4	4	6	5								
肛 門 鏡	"	1		1		2		2									
乙 狀 結 腸 鏡	套			1		1		1									
直 腸 檢 查 鏡	"			1		1		1									

品名	規格	單位	裝 備 定 額								備 注				
			100床		200床		300床		400床						
			80 人次	40床	160 人次	80床	180 人次	90床	240 人次	120 床					
胃 眼 額	鏡	套			1		1		1						
	底 鏡	"	1		1		2	1	2	1					
	鏡	"	1	1	1	2	2	3	2	4					

外科

外科裝备說明

外科的醫療器械配备，係按下列假定情况制訂：

- (1) 100 床位的綜合医院，外科佔 30 病床，60 人次門診；
設一個病区，一個門診診察室。
- (2) 200 床位的綜合医院，外科佔 60 病床，100 人次門診；
設二個病区，二個門診診察室。
- (3) 300 床位的綜合医院，外科佔 95 病床，150 人次門診；
設三個病区，三個門診診察室。
- (4) 400 床位的綜合医院，外科佔 128 病床，200 人次門診；
設四個病区，四個門診診察室。
- (5) 100—400 床位的綜合医院，應根據外科門診人次多少，
均設一個大小不同的換藥室。
- (6) 外科病床中包括眼、耳鼻喉科、皮花科的床位（門診不包括），所以外科病房中所需之器械，已包括眼、耳鼻喉科、皮花科所需的器械。