

2008

全国卫生专业技术资格考试 习题集丛书



临床医学检验与技术（中级）

练习题集

主编 吴健民 胡丽华



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

2008 全国卫生专业技术资格考试习题集丛书

临床医学检验与技术(中级) 练习题库

主 编 吴健民 胡丽华

副主编 王昌富 宁 勇 孙自镛
李一荣 邢 辉 张德太

编 委 (按姓氏笔画排序)

马荣红 王 平 王 晖 刘 峰 刘国政
刘艳玲 杨 超 杨丽华 李承斌 李智山
宋 宇 陈 丽 陈凤花 赵硕生 韩 刚
程黎明 曾 吉 温晓波 简 翠 潘世秀

秘 书 潘世秀

策 划 卢 青 徐 魏 韩 刚

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

临床医学检验与技术(中级)练习题集/吴健民等主编.
—北京:人民卫生出版社,2008.3
ISBN 978-7-117-09894-6

I. 临… II. 吴… III. 医学检验-医药卫生人员-
资格考核-习题 IV. R446-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 017172 号

本书本印次封一贴有防伪标。请注意识别。

临床医学检验与技术(中级)练习题集

主 编: 吴健民 胡丽华
出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-67616688)
地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼
邮 编: 100078
网 址: <http://www.pmph.com>
E - mail: pmph@pmph.com
购书热线: 010-67605754 010-65264830
印 刷: 尚艺印装有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 787×1092 1/16 印张: 22.5
字 数: 533 千字
版 次: 2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号: ISBN 978-7-117-09894-6/R·9895
定 价: 38.00 元
版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394
(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

出版说明

为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件精神,自2001年起卫生专业初、中级技术资格以考代评工作正式开展,2003年起全国实施。按照文件要求,初、中级卫生专业技术资格考试工作实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作,特组织国内有关专家、教授编写了《全国卫生专业技术资格考试习题集丛书》。

全国卫生专业技术资格考试习题集丛书以考试大纲和全国卫生专业技术资格考试专家委员会编写的考试指导为主要编写依据,以帮助考生熟悉和掌握专业知识,提高从业人员能力和素质为主要目的,切实反映考试对考生在知识点的掌握程度和专业水平上的要求。编写工作遵循科学、严谨、客观、规范的原则,严格按照实际考试的科目划分和题型分布进行编写,能够有效地帮助考生考前自测,考查和反馈复习成果,对考生应试有较强的针对性和指导性。

本套习题集丛书共分为三册,分别是:

《练习题集》

对考试大纲各科目进行针对性练习,题型全面,题量丰富,涵盖考试大纲的所有知识点,并着重突出重点、难点,帮助考生随学随测,检测学习成果,强化记忆,是考生复习强化的必备用书。

《精选习题解析》

针对各学科考试大纲中的重难点进行强化训练,每题后附详细解析,全面分析考点、答题思路和方法,帮助考生尽快理解和掌握知识点。特别包含了部分解密真题中失分率较高的题目,供考生参照复习。

《模拟试卷》

全面模拟考试真题,针对考生临考备战进行综合性巩固,题目难度和题型分布参考实际考试情况设定,除附答题卡和答案外,部分重点难点问题还有简单解析,仿真度高,是考前最后冲刺的重要用书。

鉴于时间仓促和编写人员水平有限,本书内容难免会有不当或遗漏之处,诚请各位读者批评指正。

目 录

第一部分 基础知识.....	1
临床检验基础.....	1
A ₁ 型题.....	1
B型题.....	13
临床血液学.....	14
A ₁ 型题.....	14
B型题.....	25
临床化学.....	27
A ₁ 型题.....	27
B型题.....	37
临床免疫学和免疫学检验.....	38
A ₁ 型题.....	38
B型题.....	60
微生物和微生物学检验.....	62
A ₁ 型题.....	62
B型题.....	74
临床实验室质量管理.....	76
A ₁ 型题.....	76
B型题.....	80
第二部分 相关专业知 识.....	83
临床检验基础.....	83
A ₁ 型题.....	83
B型题.....	91
临床血液学.....	92
A ₁ 型题.....	92
B型题.....	104
临床化学.....	105
A ₁ 型题.....	105
B型题.....	117
临床免疫学和免疫学检验.....	119
A ₁ 型题.....	119
B型题.....	137

微生物和微生物学检验	140
A ₁ 型题	141
B 型题	151
临床实验室质量管理	153
A ₁ 型题	153
B 型题	161
第三部分 专业知识	164
临床检验基础	164
A ₁ 、A ₂ 型题	164
A ₃ 、A ₄ 型题	172
B 型题	175
临床血液学	176
A ₁ 、A ₂ 型题	176
A ₃ 、A ₄ 型题	186
B 型题	189
临床化学	190
A ₁ 、A ₂ 型题	190
A ₃ 、A ₄ 型题	211
B 型题	213
临床免疫学和免疫学检验	217
A ₁ 、A ₂ 型题	217
A ₃ 、A ₄ 型题	233
B 型题	237
微生物和微生物学检验	240
A ₁ 、A ₂ 型题	240
A ₃ 、A ₄ 型题	251
B 型题	254
临床实验室质量管理	256
A ₁ 、A ₂ 型题	256
B 型题	262
第四部分 专业实践能力(临床医学检验技术专业适用)	264
临床检验基础	264
A ₁ 、A ₂ 型题	264
A ₃ 、A ₄ 型题	268
B 型题	269
临床血液学	270
A ₁ 、A ₂ 型题	270

目 录

A ₃ 、A ₄ 型题	277
B 型题	278
临床化学	279
A ₁ 、A ₂ 型题	279
A ₃ 、A ₄ 型题	285
B 型题	287
临床免疫学和免疫学检验	288
A ₁ 、A ₂ 型题	288
A ₃ 、A ₄ 型题	296
B 型题	297
微生物和微生物学检验	298
A ₁ 、A ₂ 型题	298
A ₃ 、A ₄ 型题	304
B 型题	306
第五部分 专业实践能力(临床医学检验学专业适用)	307
临床检验基础	307
临床血液学	312
临床化学	315
临床免疫学和免疫学检验	320
微生物和微生物学检验	325
答案列表	330

* 本书第一部分至第三部分共同适用于临床医学检验技术中级(专业代码 103)和临床医学检验学中级(专业代码 077)两个专业。

第一部分 基础知识

临床检验基础

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

A₁ 型题

1. 正常人血浆渗透量约为
A. 260~280mOsm/(kg·H₂O)
B. 290~310mOsm/(kg·H₂O)
C. 320~350mOsm/(kg·H₂O)
D. 360~380mOsm/(kg·H₂O)
E. 390~1200mOsm/(kg·H₂O)
2. 正常成人血液总量约占体重的
A. 5%~7%
B. 7%~9%
C. 9%~11%
D. 11%~13%
E. 13%~15%
3. 以下有关皮肤采血,说法错误的是
A. WHO 推荐采左手无名指指端内侧血液
B. 婴幼儿可采大脚趾或足跟内外侧血液
C. 采血顺序为先做血小板计数,再做红、白细胞计数、
D. 采血应从第一滴血开始,不要随意擦去
E. 血流不畅切勿用力挤压
4. 真空采血管根据标有的颜色不同,添加的抗凝剂不同,下列组合中错误的是
A. 紫色——EDTA
B. 淡蓝色——枸橼酸钠
C. 绿色——肝素
D. 红色——草酸钾
E. 金黄色——分离胶
5. 灰色的真空采血管中添加的抗凝剂是
A. EDTA
B. 枸橼酸钠
C. 肝素
D. 草酸钙
E. 氟化钠、草酸钾
6. 新载玻片常带有游离碱质,必须用
A. 1mol/L 酒精清洗
B. 1mol/L HCl 清洗
C. 1mol/L 乙醚清洗
D. 1mol/L NaOH 清洗
E. 1mol/L NaHCO₃ 清洗
7. 造成血涂片太薄的原因因为
A. 血滴太大
B. 推片角度太大

- C. 推片太慢
D. 推片边缘不齐
E. 用力不均匀
8. 下列有关瑞氏染料说法,正确的是
A. 新鲜配制的染料偏酸
B. 瑞氏染料由伊红和天青组成
C. 储存时间愈久,染色效果愈好
D. 新鲜配制的染料染色效果更好
E. 瑞氏染液储存过程中可不必加盖
9. 下列有关吉姆萨染色的说法,正确的是
A. 对细胞质成分染色效果好
B. 对细胞核染色效果好
C. 对嗜中性颗粒染色效果好
D. 对嗜酸性颗粒染色效果好
E. 对嗜碱性颗粒染色效果好
10. 进行血涂片显微镜形态学观察,最合适的观察区域是
A. 头部
B. 体部
C. 尾部
D. 两侧
E. 体尾交界处
11. 血清与血浆的区别是,血清中缺少
A. 淀粉酶
B. 某些凝血因子
C. 内分泌激素
D. 钙离子
E. 珠蛋白
12. 血红蛋白中的蛋白质部分是
A. 亚铁血红素
B. 血红素
C. 球蛋白
D. 清蛋白
E. 珠蛋白
13. 正常成年人血红蛋白 A 的主要肽链结构是
A. $\alpha_2\beta_2$
B. $\alpha_2\gamma_2$
C. $\zeta_2\beta_2$
D. $\alpha_2\epsilon_2$
E. $\zeta_2\epsilon_2$
14. 1966 年 ICSH 推荐测定 Hb 的参考方法是
A. 十二烷基硫酸钠比色法
B. 氰化高铁血红蛋白比色法
C. 碱羟血红蛋白比色法
D. 酸化血红蛋白比色法
E. 叠氮高铁血红蛋白法
15. 氰化高铁血红蛋白最大吸收峰在
A. 500nm
B. 538nm
C. 540nm
D. 560nm
E. 575nm
16. 枸橼酸钠抗凝的血浆中,不含有哪种凝血因子
A. I 因子
B. II 因子
C. V 因子
D. VIII 因子
E. 钙离子
17. 阻止凝血酶形成的抗凝剂为
A. 枸橼酸钠
B. 草酸钾
C. 肝素
D. 双草酸盐
E. EDTA 盐
18. EDTA 盐作为抗凝剂,不适合用于

- A. 红细胞计数
 B. HGB 比色
 C. 白细胞计数
 D. 血小板计数
 E. 凝血因子活性测定
19. 进行凝血试验时使用枸橼酸钠溶液作为抗凝剂,其与血液样本的比例为
 A. 1:1
 B. 1:4
 C. 1:9
 D. 1:15
 E. 1:20
20. 红细胞渗透脆性试验理想的抗凝剂是
 A. EDTA 盐
 B. 草酸盐
 C. 枸橼酸盐
 D. 肝素
 E. 氟化钠+草酸钠
21. 正常人红细胞的平均寿命约为
 A. 60 天
 B. 80 天
 C. 100 天
 D. 120 天
 E. 160 天
22. 正常人红细胞计数的参考值,下列正确的是
 A. 成年男性 $(4\sim 5.5)\times 10^{12}/L$
 B. 成年男性 $(5\sim 5.5)\times 10^{12}/L$
 C. 成年女性 $(4\sim 5.5)\times 10^{12}/L$
 D. 成年女性 $(5\sim 5.5)\times 10^{12}/L$
 E. 新生儿 $(5\sim 7)\times 10^{12}/L$
23. 新生儿白细胞计数的参考值为
 A. $(4\sim 10)\times 10^9/L$
 B. $(5\sim 12)\times 10^9/L$
 C. $(15\sim 20)\times 10^9/L$
 D. $(20\sim 25)\times 10^9/L$
 E. $(25\sim 30)\times 10^9/L$
24. 在正常人外周血涂片中,中性粒细胞杆状核的比例为
 A. 1%~5%
 B. 5%~10%
 C. 10%~15%
 D. 15%~20%
 E. 25%~30%
25. 正常人外周血涂片中,嗜酸性粒细胞的比例为
 A. 20%~40%
 B. 10%~20%
 C. 5%~10%
 D. 0.5%~5%
 E. 0~1%
26. 网织红细胞显微镜计数法,成年人的参考值为
 A. 0.008~0.02
 B. 0.015~0.02
 C. 0.02~0.06
 D. 0.03~0.06
 E. 0.05~0.08
27. 使用激光与细胞化学法进行白细胞分类,过氧化物酶活性最强的细胞是
 A. 中性粒细胞
 B. 淋巴细胞
 C. 单核细胞
 D. 嗜酸性粒细胞
 E. 嗜碱性粒细胞
28. 温氏法血细胞比容测定时,应读取哪一层细胞高度的毫米数
 A. 血小板层

- B. 白细胞层
C. 有核红细胞层
D. 还原红细胞层
E. 带氧红细胞层
29. RDW 增大说明红细胞
A. 体积大小不均一
B. 体积变小
C. 体积增大
D. 结构异常
E. 染色异常
30. 血细胞分析仪用多角度偏振光散射 (MAPSS)法测定细胞核分叶情况,采用的散射光角度为
A. 0° 前角光散射
B. 10° 狭角光散射
C. 30° 狭角光散射
D. 90° 垂直光散射
E. -90° 消偏振光散射
31. 光散射法血小板计数时,检测细胞折射指数时使用的角度为
A. $0^\circ\sim 2^\circ$
B. $2^\circ\sim 3^\circ$
C. $3^\circ\sim 5^\circ$
D. $5^\circ\sim 10^\circ$
E. $5^\circ\sim 15^\circ$
32. 人体组织内吞噬细胞来源于
A. 中性粒细胞
B. 淋巴细胞
C. 单核细胞
D. 嗜酸性粒细胞
E. 嗜碱性粒细胞
33. 可以用来辅助诊断溶血性贫血的最好指标是
A. 红细胞
B. 白细胞
C. 血小板
D. 网织红细胞
E. 血红蛋白
34. 血液分析仪幼稚细胞检测通道使用的试剂加入
A. 新亚甲蓝
B. 硫化氨基酸
C. 碱性槐黄
D. 伊红
E. 亚甲蓝
35. 下列指标在缺铁性贫血时最早出现变化的是
A. RBC
B. HGB
C. MCV
D. RDW
E. Ret
36. 引起相对性红细胞增多的疾病为
A. 先心病
B. 肺气肿
C. 肺心病
D. 严重腹泻
E. 肾上腺皮质功能亢进
37. 正常人血浆的比密约为
A. 1.025~1.030
B. 1.031~1.040
C. 1.041~1.050
D. 1.051~1.060
E. 1.061~1.070
38. MCH 的单位是 pg,lg 等于多少 pg
A. 10^3
B. 10^6
C. 10^9

- D. 10^{12}
E. 10^{15}
39. 与血红蛋白异常有关的红细胞形态改变是
A. 靶型红细胞
B. 裂红细胞
C. 镰型红细胞
D. 棘红细胞
E. 口型红细胞
40. 微量法血细胞比容的优点, 不包括
A. 离心速度快
B. 离心时间短
C. 标本用量少
D. 血浆无残留
E. 操作简便
41. H 抗原性最强的红细胞是
A. A1 型红细胞
B. O 型红细胞
C. A2 型红细胞
D. B 型红细胞
E. AB 型红细胞
42. A 抗原主要的亚型是
A. A1 和 A2
B. A2 和 A3
C. Am 和 Ax
D. A2 和 Ax
E. A3 和 Ax
43. 孟买型人的红细胞上抗原为
A. 有 A、B、H 抗原
B. 无 A、B、H 抗原
C. 有 A、B 抗原, 无 H 抗原
D. 无 A、B 抗原, 有 H 抗原
E. 有 A、H、无 B 抗原
44. Rh 血型系统中, 抗原性最强的是
A. C 抗原
B. D 抗原
C. E 抗原
D. c 抗原
E. e 抗原
45. 不存在 ABH 血型特异物质的体液是
A. 唾液
B. 精液
C. 泪液
D. 脑脊液
E. 羊水
46. 父亲为 A 型, 母亲为 B 型, 其子女可能出现的血型为
A. O 型
B. A 型
C. B 型
D. AB 型
E. A 型、B 型、O 型和 AB 型均有可能
47. 临床上称 Rh 阴性是指红细胞上缺乏
A. C 抗原
B. D 抗原
C. d 抗原
D. E 抗原
E. e 抗原
48. 血液常用的保存液中加入腺嘌呤的意义是
A. 具有抗凝作用
B. 具有营养作用, 延长保存期
C. 促进红细胞 ATP 合成, 延长保存期
D. 稳定 pH 质, 延长保存期
E. 避免葡萄糖焦化, 延长保存期
49. 浓缩血小板在 $20\sim 24^{\circ}\text{C}$ 的温度下, 保存期为

- A. 35 天
B. 24 天
C. 21 天
D. 7 天
E. 24 小时
50. ABO 基因座位在第几号染色体上
A. 6 号
B. 7 号
C. 8 号
D. 9 号
E. 1 号
51. 广谱的抗球蛋白试剂是指
A. 抗 IgG
B. 抗 C3
C. 抗 C2b
D. 抗 IgM
E. 抗 IgG+抗 C3
52. Rh 抗体大多属于
A. IgM
B. IgG
C. IgD
D. IgA
E. IgE
53. 血型多聚糖前体的终端为
A. 半乳糖
B. L-岩藻糖
C. N-乙酰半乳糖胺
D. N-乙酰葡萄糖胺
E. 乳糖
54. 我国目前规定 1 个单位的全血为
A. 100ml
B. 200ml
C. 300ml
D. 400ml
E. 250ml
55. 肾小球滤过率是用下述何种单位表示
A. %
B. mg/dl
C. mmol/L
D. ml/min
E. ml/g
56. 正常成人每日通过肾小球滤过的原尿约
A. 1.5L
B. 3L
C. 50L
D. 100L
E. 180L
57. 正常人尿液中葡萄糖含量为
A. <2.8mmol/24h
B. <3.8mmol/24h
C. <4.8mmol/24h
D. <5.0mmol/24h
E. <5.8mmol/24h
58. 正常人的肾糖阈为
A. 6.8mmol/L
B. 7.88mmol/L
C. 8.88mmol/L
D. 9.88mmol/L
E. 11.1mmol/L
59. 在尿液生成过程中,重吸收作用主要发生在肾小管的
A. 近曲小管
B. 髓祥降支细段
C. 髓祥升支细段
D. 远端小管直部
E. 远端小管曲部
60. 正常情况下自由通过肾小球滤过膜物质

- 的分子量为
- A. <1.5万
 - B. 1.5万~3万
 - C. 3万~5万
 - D. 5万~7万
 - E. >7万
61. 正常情况下,几乎能被肾小管完全重吸收的物质是
- A. 尿素
 - B. 肌酐
 - C. 尿酸
 - D. 清蛋白
 - E. 葡萄糖
62. 正常随机尿之 pH 为
- A. 1.5~3.0
 - B. 4.5~8.0
 - C. 8.0~8.9
 - D. 9.0~10.0
 - E. 10.0~11.0
63. 干化学法测定尿蛋白,主要测定的是
- A. 清蛋白
 - B. 球蛋白
 - C. 本周蛋白
 - D. 肌球蛋白
 - E. 肌红蛋白
64. 尿 Tamm-Horsfall 蛋白紫外光谱分析出现最大吸收峰的波长为
- A. 277nm
 - B. 340nm
 - C. 440nm
 - D. 540nm
 - E. 630nm
65. 能溶解乳糜尿中脂性成分的是
- A. 乙醇
 - B. 乙酸
 - C. 乙醚
 - D. 甲醇
 - E. 甲苯
66. 肌红蛋白(Mb)尿的特点是
- A. 分子量为 1.3 万~1.6 万
 - B. 颜色鲜红
 - C. Mb 能溶于 80%饱和硫酸铵溶液
 - D. 22℃能析出
 - E. Mb 不易氧化
67. 正常人尿胆原定性试验为
- A. 弱阳性
 - B. 强阳性
 - C. 阴性或强阳性
 - D. 阴性或弱阳性
 - E. 阴性
68. 正常人尿胆素定性试验为
- A. 弱阳性
 - B. 强阳性
 - C. 阴性或强阳性
 - D. 阴性或弱阳性
 - E. 阴性
69. 尿管型显微镜检查,应在低倍镜下观察
- A. 5 个视野
 - B. 10 个视野
 - C. 15 个视野
 - D. 20 个视野
 - E. 30 个视野
70. 正常人尿液红细胞检查参考范围
- A. 尿直接镜检:0~偶见/HPF
 - B. 尿直接镜检:3~5/HPF
 - C. 离心尿镜检:0~5/HPF
 - D. 离心尿镜检:3~5/HPF

- E. 离心尿镜检:1~10/HPF
71. 镜下诊断血尿的标准为
- A. 离心尿:0~3/HPF
 - B. 离心尿:>3/HPF
 - C. 离心尿:0~5/HPF
 - D. 离心尿:>5/HPF
 - E. 离心尿:1~10/HPF
72. 尿液中的闪光细胞实际上是
- A. 淋巴细胞
 - B. 单核细胞
 - C. 中性粒细胞
 - D. 嗜酸性粒细胞
 - E. 嗜碱性粒细胞
73. 下面哪种管型可在正常人尿液中见到
- A. 红细胞管型
 - B. 透明管型
 - C. 白细胞管型
 - D. 蜡样管型
 - E. 脂肪管型
74. 正常人尿液中可见到
- A. 类管型
 - B. 脂肪管型
 - C. 黏液丝
 - D. 胆固醇结晶
 - E. 细胞管型
75. 1小时尿液中白细胞计数,正常女性白细胞排出数
- A. <3万/小时
 - B. <5万/小时
 - C. <7万/小时
 - D. <11万/小时
 - E. <14万/小时
76. 尿 HCG 在第几孕周开始升高
- A. 1周
 - B. 2~3.5周
 - C. 3.5~4.5周
 - D. 4.5~5.5周
 - E. 5.5~6.5周
77. 常用作尿液有形成分检验的防腐剂是
- A. 浓盐水
 - B. 冰醋酸
 - C. 甲苯
 - D. 甲醛
 - E. 碳酸钠
78. 本周蛋白是免疫球蛋白的
- A. 重链
 - B. 轻链
 - C. Fab 片段
 - D. Fc 片段
 - E. A 和 B 的结合
79. 正常尿液中见到的白细胞主要是
- A. 中性粒细胞
 - B. 淋巴细胞
 - C. 单核细胞
 - D. 嗜酸性粒细胞
 - E. 嗜碱性粒细胞
80. 在酸性尿冷却后可见到尿酸盐结晶,其颜色是
- A. 红色
 - B. 淡红色
 - C. 紫红色
 - D. 灰白色
 - E. 乳白色
81. 妊娠试验测定的激素是
- A. 雌激素
 - B. 胎盘催乳素
 - C. 胎盘专一性蛋白

- D. 绒毛膜促性腺激素
E. 孕激素
82. 乳糜微粒含下列成分最多的是
A. 甘油三酯
B. 胆固醇
C. 磷脂
D. 蛋白质
E. 脂肪酸
83. 尿素的生物合成是在哪里进行
A. 肝脏
B. 肾脏
C. 肺脏
D. 骨髓
E. 肾上腺
84. 葡萄糖的重吸收部位是
A. 肾小球
B. 远曲小管
C. 髓袢
D. 近曲小管
E. 近曲小管和髓袢
85. 正常人尿渗量参考值为
A. $280\sim 320\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$
B. $320\sim 400\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$
C. $280\sim 500\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$
D. $600\sim 1000\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$
E. $1000\sim 2000\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$
86. 肉眼血尿时每升尿液含血量,达到或超过
A. 0.5ml
B. 1.0ml
C. 1.5ml
D. 2.0ml
E. 2.5ml
87. 关于尿比重干化学法的检测,下列叙述错误的是
A. 尿液标本须新鲜
B. 受强碱强酸的影响
C. 不宜用于新生儿尿比重测定
D. 多次随机尿比重在 1.025 以上,提示肾浓缩功能异常
E. 用尿量少
88. 正常粪便显微镜检查细胞数为
A. 红细胞 < 3 个/HP, 白细胞 < 15 个/HP
B. 红细胞无, 白细胞不见或偶见
C. 红细胞无, 白细胞 < 5 个/HP
D. 红细胞 $0\sim 3$ 个/HP, 白细胞 < 5 个/HP
E. 红细胞 $0\sim 3$ 个/HP, 白细胞 $0\sim 5$ 个/HP
89. 正常粪便中可以出现的是
A. 夏科-莱登结晶
B. 菱形结晶
C. 红细胞
D. 淀粉颗粒
E. 大吞噬细胞
90. 下列消化道寄生虫卵中体积最小的是
A. 蛔虫卵
B. 钩虫卵
C. 姜片虫卵
D. 华支睾吸虫卵
E. 绦虫卵
91. 在免疫法测定粪便隐血试验中,可导致假阴性结果的是
A. 维生素 C
B. 含过氧化物酶的新鲜蔬菜
C. 动物血
D. 血红蛋白浓度过高
E. 铁剂
87. 关于尿比重干化学法的检测,下列叙述

92. 饱和盐水漂浮法最适用于检查
- A. 未受精蛔虫卵
 - B. 钩虫卵
 - C. 肝吸虫卵
 - D. 带绦虫卵
 - E. 蛲虫卵
93. 检查蛲虫卵的最佳方法是
- A. 直接涂片法
 - B. 饱和盐水漂浮法
 - C. 肛门拭子法
 - D. 粪便直接找成虫法
 - E. 离心沉淀法
94. 可使粪便化学法隐血试验出现假阴性的物质是
- A. 铁剂
 - B. 含过氧化物酶的新鲜蔬菜
 - C. 维生素 C
 - D. 动物血
 - E. 粪便中血红蛋白浓度过高
95. 下列关于粪便标本采集,叙述错误的是
- A. 容器应用清洁、干燥的有盖纸盒
 - B. 选取含异常成分的粪便送检
 - C. 检查阿米巴滋养体时,标本应注意保温
 - D. 检查寄生虫卵应连续送检 3 天,以免漏检
 - E. 如无粪便排出,可用肛门指诊采集标本
96. 消化道恶性肿瘤首选的筛检指标是
- A. 大便隐血试验
 - B. 消化道内镜检查
 - C. 血清 CEA
 - D. 血清 CA199
 - E. 消化道脱落细胞学检查
97. 下列关于粪便脂肪检查,叙述错误的是
- A. 脂肪测定主要用于了解消化和吸收功能
 - B. 粪便中的脂肪包括结合脂肪、游离脂肪和中性脂肪
 - C. 胰腺和肝胆疾病时,粪便脂肪可增高
 - D. 检查方法有称量法和滴定法
 - E. 粪便中脂肪主要来自胃肠道分泌
98. 粪便呈白陶土色,见于下列哪种情况
- A. 肝细胞性黄疸
 - B. 溶血性黄疸
 - C. 阻塞性黄疸
 - D. 蛋白性肠病
 - E. 胰腺功能严重不足
99. 以下关于霍乱的叙述正确的是
- A. 霍乱弧菌肠毒素具有极强的致病力
 - B. 霍乱弧菌革兰染色呈阳性
 - C. 大便呈洗肉水样
 - D. 霍乱又称 I 号病
 - E. 暗视野显微镜下,霍乱弧菌呈活泼的布朗运动
100. 下列属于脑脊液穿刺的禁忌证的是
- A. 脑膜感染性疾病
 - B. 蛛网膜下腔出血
 - C. 不明原因的抽搐
 - D. 不明原因的昏迷
 - E. 休克的病人
101. 正常人脑脊液的压力是
- A. 80~180mmH₂O
 - B. 80~180mmHg
 - C. 100~200mmH₂O
 - D. 100~200mmHg
 - E. 100~200cmH₂O
102. 健康人腰穿所得脑脊液的比密为